

Исх. Н159/10
Дата: 21.10.2014

Вход.
Дата:

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Приморскому краю
Адрес: 690007, Владивосток,
ул. 1-я Морская, 2
Телефон/факс: (423) 222-94-95,
Факс: (423) 222-28-44
E-mail: to25@fas.gov.ru

Копия: Заказчику

ЖАЛОБА
на действия Заказчика

1. ЗАКАЗЧИК:


Наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет"
Место нахождения: 690950, Приморский, Владивосток, Суханова, дом 8
Почтовый адрес: 690950, Приморский, Владивосток, Суханова, дом 8
Адрес электронной почты: zakupki@dvfu.ru
Телефон: (924) 520-44-46
Факс:
Контактное лицо: Клюкин Артём Константинович

Наименование Комиссии: нет прямого указания в Извещении об аукционе

2. ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО «БиоВитрум»
Тел./факс: (812) 305-06-06 эл. Почта: info@biovitrum.ru
Контактное лицо: Суворова Юлия Владимировна
Владимиров Кирилл Вадимович

3. РАЗМЕЩАЕМЫЙ ЗАКАЗ: заказ на этапе подачи заявок



Номер Заказа: № 31401561845

Способ размещения заказа: СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме

Наименование и адрес электронной площадки в сети «Интернет»:

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в сети «Интернет» <http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

Дата опубликования 17.10.2014

Официальный сайт, на котором размещена информация о документации об аукционе:
www.zakupki.gov.ru

Ссылка:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1587486&epz=true>

Наименование аукциона: ЭА-254-14 на поставку моторизированного микроскопа с флуоресценцией с условием пуска-наладки и инструктажа персонала Заказчика для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»

Начальная (максимальная) цена контракта - 8 528 950,00 Российских рублей

4. ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ И ОБЖАЛУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

17 октября Заказчиком был размещен Заказ № 31401561845.

Согласно статье 48 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 2005 (далее по тексту – «Закон») документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.

Согласно статьям 6, 7 и 8 Закона, заключение контракта на оказание услуг для бюджетных учреждений по итогам размещения заказа на открытом аукциона в электронной форме направлено, в частности, на расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Кроме того, в соответствии с п.1 Ст.17 ФЗ-135 ст.17 ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Однако, по мнению Заявителя, документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку моторизированного микроскопа с флуоресценцией с условием пуска-наладки и инструктажа персонала Заказчика для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» – 1 шт. разработана Заказчиком с нарушением ст.33 Закона; п.1, ст.17 ФЗ «О защите конкуренции», а именно, в Части Шаукционной документации «Техническое задание №ЭА-254-14» установлены технические требования, которые ограничивают число возможных участников размещения заказа (Согласно статьи 33 Закона, документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименования производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа), что выражается в следующем:

Включение в техническое задание эксклюзивных позиций

4	Интерфейсы взаимодействия с компьютером	Как минимум: USB, RS 232, TCP/IP, CAN (2 шт.)	Стр. 39 (Инструкция по эксплуатации на микроскоп AxioImager, п. 3.1.13.2)
5	Жидкокристаллический экран	Расположение – на уровне предметного стола.	Стр. 59-60 (Инструкция по эксплуатации на микроскоп AxioImager, п. 4.2)

Требуемые характеристики являются конструктивной особенностью микроскопов компании CarlZeiss, не влияют на технические характеристики системы, удобство работы.

Таким образом, включение этих требований не позволяет предложить к поставке альтернативные системы других производителей, что ограничивает число возможных участников размещения.

Искусственное ограничение возможного числа участников путем включение в техническое задание функционально не значимых параметров и характеристик

21	Объективы	Объектив с увеличением 63х, числовой апертурой не менее 1,25
----	-----------	--------------------------------------------------------------

Ведущие производители микроскопов предлагают либо объективы кратностью 60х (Olympus, Nikon) либо 63х (Leica, CarlZeiss). На практике такие объективы являются эквивалентными в работе. Более того, при равных других характеристиках (разрешение, рабочий отрезок), объективы 60х обеспечивают большую яркость получаемого изображений.

Таким образом, строгое указание на увеличение объектива не позволяет предложить к поставке альтернативные системы таких производителей как Olympus или Nikon, что ограничивает число возможных участников размещения.

35.6	Разрешение	Не менее 6 мегапикселей: (2752 x 2208 точек)
------	------------	----------------------------------------------

Ведущие производители микроскопов (Olympus, Nikon, Leica) комплектуют свои системы 5 мегапиксельными цифровые камеры с разрешением (2560x1920 точек), что позволяет решать весь спектр задач. Различие между 5 и 6 мегапиксельными матрицами не значительно и не влияет на работу пользователя. Использование цифровых камер сторонних производителей (например, Hamamatsu) накладывает ряд ограничений на использование с моторизованными микроскопами, например синхронизация съемки препарата

Таким образом, данный пункт ТЗ ограничивают возможность предложения к поставке товаров таких известных производителей как Olympus или Leica, которые по техническим и эксплуатационным свойствам полностью соответствующим потребностям заказчика.

В ответ на запрос (Приложение 6) о возможности изменения данных пунктов технического задания с целью обеспечения законности проведения аукциона были приведены доводы, которые мы считаем не достаточными.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Приостановить размещение заказа № **31401561845** на поставку моторизированного микроскопа с флуоресценцией с условием пуска-наладки и инструктажа персонала Заказчика для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»
2. Провести проверку по факту нарушения действующего законодательства Заказчиком, в связи размещением заказа № **31401561845**, выражающиеся в несоответствии документации об аукционе требованиям Закона, и выдать соответствующее предписание Заказчику об устранении выявленных нарушений Закона и внесении необходимых изменений в документацию об аукционе, а именно: исключить или изменить требования технического задания, указывающие на конкретного производителя.

Приложения:

1. Копия Документации об аукционе.
2. Копия ответа на запрос разъяснений
3. Копия свидетельства о присвоении ЕГРН
4. Приказ о назначении Генерального директора.
5. Инструкция по эксплуатации на микроскоп Axiolmager
6. Ответ на запрос на разъяснения к аукционной документации

Генеральный директор

В.В.Цимберг

Подписано ЭЦП